



Ofício - Nr 143- 2020 – 2º/1º/2ª/5ºBBM

Bom Jardim da Serra, 23 de Abril de 2020.

Do: Cmt Sd Bm Paulo Eduardo Rossi

Ao: Coordenador/ chefe do setor de licitação

Assunto: Alterar descrição de itens.

Solicito-vos que seja alterado a descrição dos materiais relacionado abaixo do Processo licitatório nº 21/2020 edital de pregão presencial nº 12/2020, para que seja atendido na hora da compra e não venha equipamentos que não atenda o uso eficiente para a corporação.

Item 43- Altera a descrição para: Conjunto Oxigenoterapia cilindro de oxigênio confeccionado em liga de alumínio, Kit Oxigênio Portátil 3 Litros cilindro de Alumínio fluxômetro manômetro, conexões, máscaras e umidificador. Kits de oxigenoterapia domiciliar - oxigênio gasoso; contendo: cilindro de oxigênio gasoso de aço sem costura, cor verde, pressão: 200 bar; padrão: abnt/nbr 218-1/12176/9809-1/9809-3; válvula reguladora; manômetro; fluxômetro de oxigênio; umidificador para cilindro; adaptador de saída.(abnt/nbr 12176/9809-3/9809-1)

Paulo Eduardo Rossi – Sd BM
Cmt- 2º/1º/2ª/5ºBBM- Bom Jardim da Serra