



RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 12/2022

Processo Licitatório nº: 09/2022

Modalidade: Pregão Presencial nº 02/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JARDIM DA SERRA.

A empresa **TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 06.555.143/0001-46, apresentou impugnação ao processo licitatório em questão no dia 19/07/2022. Considerando que a data marcada para a realização do pregão presencial é dia 27/07/2022, a empresa apresentou sua impugnação TEMPESTIVAMENTE, de acordo com o item 3.2 do edital:

3.2 Impugnações ao ato convocatório deverá ser dirigida à Secretaria Municipal de Administração, aos cuidados do Pregoeiro(a), obrigatoriamente via Setor de Protocolo, acompanhada da comprovação de cópias autenticadas, do ato constitutivo do outorgante, do instrumento de procuração e do documento de identificação do outorgado, com antecedência de até 02 (dois) dias úteis da data da sessão pública de abertura.

I – DA IMPUGNAÇÃO

Em síntese, a impugnante requer à Administração que sejam alterados os descritivos ou exigências relativo aos itens 56, 57, 66, 67, 68, 77 e 78 do anexo I do referido processo licitatório, quais sejam:

Item 56 Compressa de gaze 7,5 x 7,5 constituída de tecido 100% algodão, com densidade de 13 fios por cm², 15 cm x 30 cm quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 7,5 x 7,5 cm quando dobrada, 1g por unidade no mínimo - Compressa de gaze 7,5 x 7,5 constituída de tecido 100% algodão, com densidade de 13 fios por cm², 15 cm x 30 cm quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 7,5 x 7,5 cm quando dobrada, 1g por unidade no mínimo, com as bordas voltadas para parte interna e sem fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, ser macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas. Pacotes com 10 unidades, estéril. Com selagem eficiente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica. atender na íntegra a ABNT NBR 13843. apresentação de registro na anvisa do produto junto com a proposta.

Item 57 Compressa de gaze 7,5 x 7,5 constituída de tecido 100% algodão, com densidade de 13 fios por cm², 15 cm x 30 cm quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 7,5 x 7,5 cm quando dobrada, 500 g por pacote - Compressa de gaze 7,5 x 7,5 constituída de tecido 100% algodão, com densidade de 13 fios por cm², 15 cm x 30 cm quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 7,5 x 7,5 cm quando dobrada, 500 g por pacote no mínimo com as bordas voltadas para parte interna e sem fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, ser com 500 unidades, não estéril. Com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica. atender na íntegra a ABNT NBR 13843. apresentação de registro na anvisa do produto junto com a proposta.

Item 66 Detergente enzimático, composição a base de amilase, protease, lipase e carboidrase, 1000ml – Detergente enzimático, composição a base de amilase, protease, lipase e carboidrase, 1000ml

Item 67 Detergente enzimático, composição a base de amilase, protease, lipase e carboidrase, galão de 5000ml - Detergente enzimático, composição a base de amilase, protease, lipase e carboidrase, galão de 5000ml

Item 68 Detergente Multienzimático indicado para limpeza de artigos odonto-médico-hospitalares e endoscópios - Detergente Multienzimático indicado para limpeza de artigos odonto-médico-hospitalares e endoscópios. Sem formação de espuma contendo as seguintes enzimas em sua formulação amilase, lipase, protease, carboidrase, celulase, peptidase, mannanase, agente de controle de pH, conservantes, tensoativo não iônico, coadjuvantes, estabilizantes, aditivos e água. PH produto puro neutro (6,5 a 7,5). Biodegradável, compatível com a limpeza manual ou automática, diluição de 1 ml/L. Embalagem em frasco rígido, com selo de segurança anti-vazamento na apresentação em Galão com 5 Litros. Apresentar Laudos de acordo com as exigências da RDC 55/12 - ANVISA. Apresentar laudos de atividade amilolítica, proteolítica, irritabilidade dérmica e ocular na forma pura, corrosividade. Deverão constar na embalagem do produto, o nome, a data de fabricação, a validade do mesmo e o número do lote, conforme Legislação Sanitária vigente da divisão de vigilância sanitária do Ministério da Saúde. Apresentar Autorização de Funcionamento conforme Lei 6360/76 e Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF em Saneantes e Certificação da ISO 13485/2016. O produto deverá ser acompanhado de 1 diluidor bivolt resistente aos concentrados químicos, automático e elétrico, fornecido em forma de comodato. Apresentar junto a proposta Certificação exclusiva para este certame, emitida pelo detentor do registro na ANVISA, para enfermeiro(a) capacitado a fornecer o treinamento de uso do equipamento e do produto no município, com apresentação de rótulo, ficha técnica e prospecto junto a proposta.

Item 77 Equipo macrogotas estéril, uso único, biocompatível, ponta perfurante, multi ajustável com protetor, câmara de macrogotas flexível com capacidade mínimo de 7ml, liberando 20 gts/min, filtro



de 15 micras para solução, filtro bacteriano para ar, tubo extensor em PVC aerado, atóxico e apirogênico, flexível com pinça rolete (regulador de fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre zero e o máximo e com sistema que permita encurtar o comprimento do tubo caso necessário) – Equipo macrogotas estéril, uso único, biocompatível, ponta perfurante, multi ajustável com protetor, câmara de macrogotas flexível com capacidade mínimo de 7ml, liberando 20 gts/min, filtro de 15 micras para solução, filtro bacteriano para ar, tubo extensor em PVC aerado, atóxico e apirogênico, flexível com pinça rolete (regulador de fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre zero e o máximo e com sistema que permita encurtar o comprimento do tubo caso necessário) e pinça clamp (que assegure a interrupção do fluxo em zero quando necessário sem alterar a regulagem da pinça rolete). Ponto de infusão lateral (em Y) autovendante com protetor de dedos atendendo a NR32, conector macho rotativo slip e lock na mesma peça e tampa protetora com filtro que permita a retirada do ar do sistema sem desconectar a tampa. Medindo o sistema inteiro o mínimo de 150cm. Produto em conformidade com ABNT 8536-4. Embalado em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, permitindo abertura em pétala, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Apresentar junto a proposta de registro no ms. apresentar amostra.

Item 78 Equipo para infusão enteral 2 (duas) vias em y sendo uma via com câmara gotejadora transparente cristal flexível com capacidade mínima de 7ml e gotejador para 20 gotas = 1 ml, com entrada de ar e filtro bacteriológico, ponta perfurante, com dois orifícios para entrada de alimento, para adaptação segura em bolsas/frascos de dietas enterais, em abs branco e tampa protetora - Equipo para infusão enteral 2 (duas) vias em y sendo uma via com câmara gotejadora transparente cristal flexível com capacidade mínima de 7ml e gotejador para 20 gotas = 1 ml, com entrada de ar e filtro bacteriológico, ponta perfurante, com dois orifícios para entrada de alimento, para adaptação segura em bolsas/frascos de dietas enterais, em abs branco e tampa protetora . Tubo extensor azul em pvc aerado flexível, com diâmetro uniforme em toda sua extensão, sem efeito memória, pinça rolete para controle do fluxo ministrado e com sistema que permita encurtar o comprimento do tubo caso necessário. Segunda via de conexão fêmea com tampa protetora rosqueável, pinça clamp, para administração de água. Ponta distal com conector escalonado em abs branco com o mínimo de nove escalas para melhor conexão a diversos tamanhos de sondas, com tampa protetora. Apresentar junto a proposta de registro no ms. apresentar amostra.

II – DA ANÁLISE E JULGAMENTO

Tratando-se de questões técnicas, foi solicitado a Secretária de Saúde que se manifestasse sobre a impugnação, a qual, na qualidade de responsável pelas solicitações dos itens, respondeu o que se segue:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



PREFEITURA DE BOM JARDIM DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício 312/2022

Ilmo(a)

Eliane Correa

Setor de Licitação

Prezada,

Cumprimentando-a cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar a alteração na descrição de alguns itens do Processo 09/2022 Licitação 02/2022.

- Item 01 - Consta no descritivo embalado individualmente, porém devido o valor estar em desacordo com o do mercado sugiro que retire essa especificação e altere para: Abaixador de língua pacote com 100 unidades, com as extremidades arredondadas, lisas, medindo aproximadamente 14cm de comprimento, 1,4cm de largura e 0,5mm de espessura, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência e validade.
- Item 56 e 57 - Se faz necessária apresentação de amostra diante da complexidade do tipo de material, para a análise da marca cotada por parte da equipe técnica.
- Itens 77 E 78 – EQUIPOS - Altere para Equipo macrogotas estéril, uso único, biocompatível, pontaperfurante, multi ajustável com protetor, câmara de macrogotas flexível com capacidade entre compreendida 7ml à 9ml, liberando 20 gts/min, filtro de 15 micras para solução, filtro bacteriano para ar, tubo extensor em PVC aerado, atóxico e apirogênico, flexível com pinça rolete (regulador de fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre zero e o máximo e com sistema que permita encurtar o comprimento do tubo caso necessário – Equipo macrogotas estéril, uso único, biocompatível, ponta perfurante, multi ajustável com protetor, câmara de macrogotas flexível com capacidade mínimo compreendida de 7ml à 9ml, liberando 20 gts/min, filtro de 15 micras para solução, filtro bacteriano para ar, tubo extensor em PVC aerado, atóxico e apirogênico, flexível com pinça rolete (regulador de fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre zero e o máximo e com sistema que permita encurtar o comprimento do tubo caso necessário) e pinça clamp (que assegure a inter-

4

CNPJ 12.102.905/0001-51
R. Adélia do Amaral de Souza, s/n. Centro
saude@bomjardimdaserra.sc.gov.br
(49) 3232 195



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



PREFEITURA DE BOM JARDIM DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ruptura do fluxo em zero quando necessário sem alterar a regulagem da pinça rolete). Ponto de infusão lateral (em Y) autovendante com protetor de dedos atendendo a NR32, conector macho rotativo slip e lock na mesma peça e tampa protetora com filtro que permita a retirada do ar do sistema sem desconectar a tampa. Medindo o sistema inteiro o mínimo de 150cm. Produto em conformidade com ABNT 8536-4. Embalado em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, permitindo abertura em pétala, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Apresentar junto a proposta de registro no MS. apresentar amostra

- Item 194: Altere para: Tira teste reagente de glicemia, por metodologia de aspiração capilar, faixa de leitura entre 10 a 600 mg/dl, para uso em glicosímetro amperométrico - Tira teste reagente de glicemia, por metodologia de aspiração capilar, faixa de leitura entre 20 a 600 mg/dl, para uso em glicosímetro amperométrico. Verificação de glicemia em neonatos, crianças, adultos inclusive gestantes. Resultado de exame aproximado de 10 seg. Temperatura de atuação a partir de no mínimo 5°C. Caixa com 50 unidades. Devendo a empresa fornecer em comodato, um monitor/glicosímetro por paciente/ ano, independente da aquisição de qualquer quantidade, observando a quantidade máxima de 200 monitores que funcionam através de até no máximo 2 baterias de lithium. Apresentar prospecto (tiras e glicosímetro), registro na ANVISA (tiras e glicosímetro).

Sendo o que tinha para o momento, e certa de poder contato com Vossa costumeira colaboração, desde já agradeço e reitero protestos de estima e distinta colaboração.

Bom Jardim da Serra, 06 de julho de 2022.

MAYARA RODRIGUES DE SOUZA
Secretaria Municipal de Saúde
Bom Jardim da Serra
Portaria: 1177/1

Mayara Rodrigues de Souza
Secretaria Municipal de Saúde

CNPJ 12.102.905/0001-51
R. Adélia do Amaral de Souza, s/n. Centro
saude@bomjardimdaserra.sc.gov.br
(49) 3232 195



Ainda, o órgão técnico solicitante do processo licitatório manifestou-se pela não alteração das disposições, descritivos, quantidades e valores dos itens 66, 67 e 68 do anexo I do edital.

II – DA DECISÃO

Ante a todo o exposto, decide-se por DEFERIR PARCIALMENTE ao pedido de impugnação, mantendo-se **INALTERADO os itens 66, 67 e 68 e, ALTERANDO-SE** os demais como se segue:

Item 1 Abaixador de língua pacote com 100 unidades, com as extremidades arredondadas, lisas, medindo aproximada mente 14cm de comprimento, 1,4cm de largura e 0,5mm de espessura, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência e validade

Item 56 e 57 Acrescenta-se a necessidade de apresentação de amostra diante da complexidade do tipo de material, para a análise da marca cotada por parte da equipe técnica.

Item 77 e 78 EQUIPOS - Altere para Equipo macrogotas estéril, uso único, biocompatível, pontaperfurante, multi ajustável com protetor, câmara de macrogotas flexível com capacidade entre compreendida 7ml à 9ml, liberando 20 gts/min, filtro de 15 micras para solução, filtro bacteriano para ar, tubo extensor em PVC aerado, atóxico e apirogênico, flexível com pinça rolete (regulador de fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre zero e o máximo e com sistema que permita encurtar o comprimento do tubo caso necessário Equipo macrogotas estéril, uso único, biocompatível, ponta perfurante, multi ajustável com protetor, câmara de macrogotas flexível com capacidade mínimo compreendida de 7ml à 9ml, liberando 20 gts/min, filtro de 15 micras para solução, filtro bacteriano para ar, tubo extensor em PVC aerado, atóxico e apirogênico, flexível com pinça rolete (regulador de fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre zero e o máximo e com sistema que permita encurtar o comprimento do tubo caso necessário) e pinça clamp (que assegure a inter-ruptão do fluxo em zero quando necessário sem alterar a regulagem da pinça rolete). Ponto de infusão lateral (em Y) autovendante com protetor de dedos atendendo a NR32, conector macho rotativo slip e lock na mesma peça e tampa protetora com filtro que permita a retirada do ar do sistema sem desconectar a tampa. Medindo o sistema inteiro o mínimo de 150cm. Produto em conformidade com ABNT 8536-4. Embalado em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, permitindo abertura em pétala, asséptica e segura, com selagem



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Apresentar junto a proposta de registro no MS. apresentar amostra

À autoridade superior.

Julgamento

PEDRO LUIZ OSTETTO
PREFEITO MUNICIPAL

PEDRO LUIZ OSTETTO
Prefeito Municipal
Bom Jardim da Serra - SC

7

Cléber de Ávila Garcia
Pregoeiro

Bom Jardim da Serra, 21 de julho de 2022.