



JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo Licitatório nº: 09/2022

Modalidade: Pregão Presencial nº 02/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JARDIM DA SERRA.

A empresa TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.555.143/0001-46, participante e vencedora de diversos itens referente ao processo licitatório nº 09/2022, interpôs recurso contra decisão da análise das amostras datada 08/08/2022. As razões da recorrente seguem em anexo.

Tendo em vista que houve erro material na elaboração e divulgação dos vencedores da etapa de análise das amostras, especificamente quanto à impugnante, decide-se por **DEFERIR** o recurso, declarando-se **APROVADOS** os itens da empresa TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS CNPJ sob o nº 06.555.143/0001-46:

Item 77 - Equipo macrogotas estéril, uso único, biocompatível, ponta perfurante, multi ajustável com protetor, câmara de macrogotas flexível com capacidade mínimo de 7ml, liberando 20 gts/min, filtro de 15 micras para solução, filtro bacteriano para ar, tubo extensor em PVC aerado, atóxico e apirogênico, flexível com pinça rolete (regulador de fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre zero e o máximo e com sistema que permita encurtar o comprimento do tubo caso necessário) – Equipo macrogotas estéril, uso único, biocompatível, ponta perfurante, multi ajustável com protetor, câmara de macrogotas flexível com capacidade mínimo de 7ml, liberando 20 gts/min, filtro de 15 micras para solução, filtro bacteriano para ar, tubo extensor em PVC aerado, atóxico e apirogênico, flexível com pinça rolete (regulador de fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre zero e o máximo e com sistema que permita encurtar o comprimento do tubo caso necessário) e pinça clamp (que assegure a interrupção do fluxo em zero quando necessário sem alterar a regulação da pinça rolete). Ponto de infusão lateral (em Y) autovendante com protetor de dedos atendendo a NR32, conector macho rotativo slip e lock na mesma peça e tampa protetora com filtro que permita a retirada do ar do sistema sem desconectar a tampa. Medindo o sistema inteiro o mínimo de 150cm. Produto em conformidade com ABNT 8536-4. Embalado em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, permitindo abertura em pétala, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Apresentar junto a proposta de registro no ms. apresentar amostra.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES




Item 78 - Equipo para infusão enteral 2 (duas) vias em y sendo uma via com câmara gotejadora transparente cristal flexível com capacidade mínima de 7ml e gotejador para 20 gotas = 1 ml, com entrada de ar e filtro bacteriológico, ponta perfurante, com dois orifícios para entrada de alimento, para adaptação segura em bolsas/frascos de dietas enterais, em abs branco e tampa protetora - Equipo para infusão enteral 2 (duas) vias em y sendo uma via com câmara gotejadora transparente cristal flexível com capacidade mínima de 7ml e gotejador para 20 gotas = 1 ml, com entrada de ar e filtro bacteriológico, ponta perfurante, com dois orifícios para entrada de alimento, para adaptação segura em bolsas/frascos de dietas enterais, em abs branco e tampa protetora . Tubo extensor azul em pvc aerado flexível, com diâmetro uniforme em toda sua extensão, sem efeito memória, pinça rolete para controle do fluxo ministrado e com sistema que permita encurtar o comprimento do tubo caso necessário. Segunda via de conexão fêmea com tampa protetora rosqueável, pinça clamp, para administração de água. Ponta distal com conector escalonado em abs branco com o mínimo de nove escalas para melhor conexão a diversos tamanhos de sondas, com tampa protetora. Apresentar junto a proposta de registro no ms. apresentar amostra.

Item 154 - Seringa 01ml (100ui) com agulha comprimento 8mm e calibre 0,30mm - Seringa 01ml (100ui) com agulha comprimento 8mm e calibre 0,30mm. Tamanho 100ui fabricada em polímero plástico inerte, ou seja, não reage com a insulina; bisel trifacetado; atóxica; apirogênica, descartável, uso único estéril - esterilizada por óxido de etileno, subdividida exclusivamente de uma em uma unidade insulínica, corpo transparente — permite a perfeita visualização do nível de medicamento, além de facilitar detecção de possíveis impurezas: movimento suave do êmbolo, a lubrificação com silicone de alta qualidade reduz a pressão exigida durante a aplicação da injeção, tornandoa muito mais confortável. Embalagem individual com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote e registro na Anvisa. Apresentar amostra.

2

Registra-se ainda a desclassificação do item 154 da empresa licitante METROMED-COM. DE MATERIAL MED.HOSPITALAR LTDA CNPJ nº 83.157.032/0001-22 por não apresentar sua amostra de acordo com as exigências do edital.


Cléber de Ávila Garcia
Pregoeiro

Bom Jardim da Serra, 18 de agosto de 2022.